



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1	Παραφινόλουτρο	ΤΕΜΑΧΙΟ (1)	Συσκευή παραφινόλουτρου φυσικοθεραπείας, χωρητικότητας 10 κιλών παραφίνης, κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση, τροχήλατο, που διαθέτει: Ανοξείδωτο κάδο (όχι γαλβανισμένο), με εσωτερικό θερμοστάτη και ενδεικτική λυχνία λειτουργίας. Εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη. Ανταλλακτικά για 10 χρόνια και να συνοδεύεται από πιστοποίηση έγκυρου οργανισμού (ISO). Παροχή άμεσου σέρβις από τον προμηθευτή.
2	Συσκευή (λάμπα) υπέρυθρων	ΤΕΜΑΧΙΟ (1)	Συσκευή τροχήλατη που διαθέτει: Διακόπτη λειτουργίας (χρονόμετρο), ηχητικό σήμα λήξης της θεραπείας, δυνατότητα αυξομείωσης ύψους και κλήσης της λυχνίας, προστατευτικό πλέγμα για αποφυγή ατυχημάτων, εγγύηση καλής λειτουργίας για 2 χρόνια, ανταλλακτικά για 10 χρόνια, πιστοποίηση έγκυρου οργανισμού (ISO). Παροχή άμεσου σέρβις από τον προμηθευτή.
3	Συσκευή TENS	ΤΕΜΑΧΙΟ (1)	Φορητή συσκευή με δύο εξόδους (4 ηλεκτρόδια), έτοιμα προγράμματα θεραπείας, μπαταρία 9 VOLT και θήκη ασφαλείας (τσαντάκι μεταφοράς).

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΒΑΡΔΑΒΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
και α/α

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΣΠΑΝΑΚΗ – ΚΟΧΙΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ

