



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ &
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ**

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ(ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ**

Κ.Α. 69-7135.002

Ταχ Δ/ση: Διονυσίου 13 Α
Τ.Κ. 71601 - Ν. Αλικαρνασός
Πληρ: ΑΧΛΑΔΙΑΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
Τηλεφ: 2813409817
FAX: 2813409870
e-mail: axladianaki-s@heraklion.gr

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

(Ομάδα 1^η)

1. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΛΩΣΙΜΑ ΤΟΥ

Αιματολογικός Αναλυτής **ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΛΩΣΙΜΑ ΤΟΥ** εξυπηρετεί στην διατήρηση αρχείου των αποτελεσμάτων εξετάσεων αίματος και ρυθμίσεων του αναλυτή. Θα πρέπει να παρέχει ουσιώδες πληροφορίες για την έγκυρη διάγνωση και την άμεση έναρξη της θεραπείας. Για την πραγματοποίηση της εξέτασης η απαίτηση του αίματος να είναι μόλις 10μλ και η εξαγωγή του αποτελέσματος να διαρκεί μόλις 60 λεπτά. Θα πρέπει να μην υπάρχουν εξωτερικές σωληνώσεις ογκώδη μπουκάλια αντιδραστηρίων η ξεχωριστός κάδος αποβλήτων.

2. ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΛΩΣΙΜΑ ΤΟΥ

Βιοχημικός Αναλυτής **ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΛΩΣΙΜΑ ΤΟΥ** εξυπηρετεί στην παροχή αποτελεσμάτων ηλεκτρολυτών και πλήθος παραμέτρων του αίματος. Για την πραγματοποίηση της εξέτασης η απαίτηση του αίματος να είναι μόλις 100μλ και η εξαγωγή του αποτελέσματος να διαρκεί μόλις 12 λεπτά.. Να υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης έως και 500.000 εξετάσεων. Οι διαστάσεις του βιοχημικού αναλυτή θα πρέπει να είναι 299(Υ) X 200(Π) X252MM .

3. ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΕ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ

Αναισθητική μηχανή με τροχήλατη βάση εξυπηρετεί για την άμεση ροή οξυγόνου σε ζώα βάρους μικρότερων των 7 κιλών. Να υπάρχει μανόμετρο απεικόνισης της πίεσης να υπάρχει ασκός αναπνοής 2 λίτρων και η τροχήλατη βάση αποσκοπεί στην εύκολη μετακίνηση της.

4.5. ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΜΕ ΟΘΟΝΗ

Υπέρηχος με οθόνη εξυπηρετεί στην απεικόνιση των υπό εξέταση οργάνων των ζώων. Θα πρέπει να φέρει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία να μην κάνει θόρυβο και να έχει ενσωματωμένη **ΗΧΟΒΟΛΟ ΚΕΦΑΛΗ** 5-10mhz .

6. ΣΤΑΤΩ ΟΡΡΟΥ

Στατώ ορρού με ρυθμιζόμενο ύψος για την χρήση τοποθέτησης του ορρού .

7. ΦΟΡΕΙΟ ΜΕ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Φορείο με τροχήλατη πλατφόρμα διαστάσεων περίπου 120X52,5 εκατοστά για την μετακίνηση των ζώων .

8. ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

Φορητή συσκευή ανάγνωσης των ζώων που φέρουν microchip με μπαταρία των 9βόλτ .

Όλα τα παραπάνω είδη ,θα πρέπει να φέρει την σήμανση CE και ανάλογα με την χρήση τους να ακολουθούνται τα αντίστοιχα εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΛΟΤ EN, διατηρώντας το δικαίωμα η υπηρεσία να πραγματοποιεί έλεγχο ποιότητας σε χρονικά διαστήματα κατά την κρίση της, με έξοδα του ανάδοχου προμηθευτή.

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

**Ο Προϊστάμενος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
& ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ**

**ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.**

Ο Συντάξας

ΑΧΛΑΔΙΑΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.